

T1

1000 mg/l: Mn²⁺, Zn²⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺, K⁺, PO₄³⁻, SO₄²⁻, NO₃⁻

500 mg/l: Cl⁻, NH₄⁺

25 mg/l: Fe²⁺, Fe³⁺



Datababel / Data table

LP2W	07/2002
B • F1 = 0 • F2 = 1.854 • K = 0.013	
CADAS 30/30S/50/50S	07/2002
B • λ: 413 nm • Pro.: 15 • F1 = 0.268 • F2 = -0.743 • F3 = 2.217 • F4 = 1 • K1 = -0.037 • K2 = 0	
ISIS 6000/9000	07/2002
B • λ: 405 nm • Pro.: 15 • F1 = 0.25 • F2 = -0.738 • F3 = 2.212 • F4 = 1 • K1 = -0.068 • K2 = 0	
CADAS 100 / LPG 158	07/2002
B • λ: 414 nm • F1 = 1.67 • F2 = 0.046	
CADAS 100 / LPG 210	07/2002
B • λ: 414 nm • F1 = 0.242 • F2 = -0.694 • F3 = 2.18 • F4 = -0.022	
CADAS 200	07/2002
B • L1W1.(M.E1W1) • C1 = E1-L1 • C2 = C1^3*F1+C1^2*F2+C1*F3+F4 • W1 = 414 nm • F1 = 0.261 • F2 = -0.744 • F3 = 2.201 • F4 = -0.029	

NL

LCK 307 Boor

Let a.u.b. op de "Uitgave datum" (zie datababel) en lees de "Opmerking!". Veiligheidsadvies en houdbaarheids-datum op de verpakking.

Principe

Boraat-ionen reageren met Azomethine-H tot een gele kleurstof. Deze kleurreactie wordt fotometrisch gemeten.

Toepassingsgebied

Oppervlaktewater, afvalwater, grond, afval

Storingen

De, in **T1** genoemde ionen, zijn tot aan de aangegeven concentratie afzonderlijk onderzocht en storen niet. De invloed van het cummulatief effect en invloed van andere ionen is niet door ons onderzocht.

De meetresultaten zijn via een plausibiliteitsonderzoek te controleren (verdunning en/of standaard-additie).

Opheffen van storingen

Het te onderzoeken monster dient kleurloos en vrij van troebelheden te zijn. Bij een geringe kleur van het monster kan een monsterspecifieke blanco meegenomen worden. Troebelheden kunnen worden verwijderd door membraanfiltratie (LCW 904).

pH-waarde monster 4 – 9
Temperatuur monster/reagentia 20°C

Temperatuurafhankelijkd

De kleurreactie van de boor-bepaling is sterk temperatuurafhankelijk. Hierdoor dienen het monster en de analysekuvetten een temperatuur van 20°C te hebben.

Afwijsende temperatuuren beïnvloeden de nauwkeurigheid van het resultaat.

Opmerking!

Verandering van de factoren in alle fotometers.

GB

LCK 307 Boron

Please check the "Edition Date" (see data table) and read the "Note". Safety advice and expiry date on package.

Principle

Borate ions react with azomethine-H to form a yellow dye, which is evaluated photometrically.

Range of Application

Surface water, waste water, soils, waste

Interferences

The ions listed in **T1** have been individually checked up to the given concentrations and do not cause interference. We have not determined cumulative effects and the influence of other ions.

The measurement results must be subjected to plausibility checks (dilute and/or spike the sample).

Removal of Interferences

The sample should be colourless and free of turbidities. Slight colourations can be taken into account with the help of a sample-specific blank reading. Turbidities are eliminated by filtration through a membrane filter (LCW 904).

pH sample 4 – 9
Temperature sample/reagents 20°C

Temperature dependence

The colour reaction of the boron analysis is strongly temperature-dependent. The sample and sample cuvette should therefore have a working temperature of 20°C.

In case of not working at the right recommended temperature an incorrect result may be obtained.

Note

Change of factor for all types of photometers.

T1

1000 mg/l: Mn²⁺, Zn²⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺, K⁺, PO₄³⁻,

SO₄²⁻, NO₃⁻

500 mg/l: Cl⁻, NH₄⁺

25 mg/l: Fe²⁺, Fe³⁺



J Jimeno
suministros de laboratorio

Datentabelle / Table des données /

Tabella dati

LP2W 07/2002

B • F1 = 0 • F2 = 1.854 • K = 0.013

CADAS 30/30S/50/50S 07/2002

**B • λ: 413 nm • Pro: 15 • F1 = 0.268 • F2 = -0.743 •
F3 = 2.217 • F4 = 1 • K1 = -0.037 • K2 = 0**

ISIS 6000/9000 07/2002

**B • λ: 405 nm • Pro: 15 • F1 = 0.25 • F2 = -0.738 •
F3 = 2.212 • F4 = 1 • K1 = -0.068 • K2 = 0**

CADAS 100 / LPG 158 07/2002

B • λ: 414 nm • F1 = 1.67 • F2 = 0.046

CADAS 100 / LPG 210 07/2002

**B • λ: 414 nm • F1 = 0.242 • F2 = -0.694 • F3 = 2.18 •
F4 = -0.022**

CADAS 200 07/2002

B • L1W1.(M.E1W1) • C1 = E1-L1 •

**C2 = C1^3*F1+C1^2*F2+C1*F3+F4 • W1 = 414 nm • F1 = 0.261 •
F2 = -0.744 • F3 = 2.201 • F4 = -0.029**

D

LCK 307 Bor

**Bitte "Ausgabedatum" (s. Datentabelle) und "Hinweis" beachten.
Sicherheitshinweise und Verfallsdatum auf der Packung.**

Prinzip

Borat-Ionen reagieren mit Azomethin-H zu einem gelben Farbstoff, der photometrisch ausgewertet wird.

Anwendungsbereich

Oberflächenwasser, Abwasser, Boden, Abfall

Störungen

Die in **T1** aufgeführten Ionen wurden bis zu den angegebenen Konzentrationen einzeln überprüft und stören nicht. Die summarische Wirkung sowie der Einfluss weiterer Ionen wurden von uns nicht ermittelt.

Messergebnisse sind durch eine Plausibilitätskontrolle zu überprüfen (Verdünnung und/oder Aufstockung).

Beseitigung von Störungen

Die zu untersuchende Probe sollte farblos und frei von Trübungen sein. Geringe Färbungen können durch einen probenspezifischen Blindwert berücksichtigt werden. Trübungen werden durch Filtration über einen Membranfilter (LCW 904) bestätigt.

pH-Wert Probe 4 – 9

Temperatur Probe/Reagenzien 20°C

Temperaturabhängigkeit

Die Farbreaktion der Borbestimmung ist stark temperaturabhängig, deshalb sollte die Probe und Analysenküvette eine Arbeitstemperatur von 20°C haben.

Abweichende Temperaturen beeinflussen die Ergebnisrichtigkeit.

Hinweis

Faktoränderung bei allen Photometertypen.

F

LCK 307 Bore

**Vérifier la date d'édition (voir table des données) et lire la "Remarque".
Conseils de sécurité et date de péremption sur l'emballage.**

Principe

Les ions borates réagissent avec l'azométhine H et forment un colorant jaune, qui sera évalué par photométrie.

Domaine d'application

Eaux de rejet, eaux de surface, sols, déchets

Perturbations

Les ions mentionnés dans **T1** ont été vérifiés séparément, ils n'interferent pas jusqu'aux concentrations indiquées. Nous n'avons cependant pas étudié l'effet cumulatif et l'influence d'ions supplémentaires.

Les résultats des mesures sont à vérifier par un contrôle de plausibilité (dilution et/ou addition).

Solutions aux perturbations

L'échantillon à analyser devra être incolore et limpide. Il est possible de tenir compte de légères colorations en réalisant une valeur à blanc avec l'échantillon coloré. Il faudra éliminer les troubles par une filtration avec le filtre à membrane (LCW 904).

pH échantillon 4 – 9

Température échantillon/réactifs 20°C

Importance de la température

La réaction colorée de détermination du bore est fortement dépendante de la température. C'est pourquoi la température de l'échantillon et celle de la cuve d'analyse doivent être de 20°C.

Des températures différentes influencent l'exactitude des résultats.

Remarque

Modification de facteur pour tous les types de photomètres.

I

LCK 307 Boro

**Si prega di verificare la "Data di Edizione" (vedi tabella dati) e di leggere le "Note".
Avvertenze e data di scadenza sulla confezione.**

Principio

Ioni borato reagiscono con l'Azometina H dando una soluzione gialla la cui colorazione viene letta per via fotometrica.

Applicazione

Acque di superficie, acque di scarico, terreni, rifiuto

Interferenze

Gli ioni elencati in **T1** sono stati verificati singolarmente fino alle concentrazioni specificate e non causano interferenze. Non sono stati verificati eventuali effetti cumulativi e l'influenza di altri ioni.

I risultati sono da verificare con un controllo (diluizione e/o soluzione additiva).

Eliminazione interferenze

Il campione da esaminare deve essere privo di colorazione e non turbido. Alcune colorazioni possono venir compensate eseguendo la lettura del bianco. La turbidità può essere eliminata mediante filtrazione, utilizzando il set LCW 904.

pH campione 4 – 9

Temperatura campione/reagenti 20°C


Temperatura

La colorazione che si ha nella reazione del boro dipende molto dalla temperatura, perciò mantenete il campione e le cuvette di analisi a una temperatura di 20°C.


Variazioni della temperatura influenzano la correttezza del valore misurato.

Note


Variazione del fattore su tutti i fotometri.




- 1.0 ml** Lösung **A** (LCK 307 A) pipettieren.
Pipetter **1.0 ml** de la solution **A** (LCK 307 A).
Pipettare **1.0 ml** di soluzione **A** (LCK 307 A).
1.0 ml oplossing **A** (LCK 307 A) pipetteren.
Pipette **1.0 ml** solution **A** (LCK 307 A).




- Küvette verschließen und schwenken, bis Lyophilisat gelöst ist.
Fermer la cuve et mélanger le contenu jusqu'à dissolution du lyophilisat.
Tappare la cuvetta e mescolare fino a scioglimento completo del liofilizzato.
Kuvet sluiten en swenken tot het lyofilisaat is opgelost.
Close cuvette and invert a few times until the freeze-dried contents are completely dissolved.



- In die gleiche Küvette pipettieren:**
2.5 ml Probe
Pipetter dans la même cuve:
2.5 ml d'échantillon
Pipettare nella stessa cuvetta:
2.5 ml di campione
In hetzelfde kuvet pipetteren:
2.5 ml monster
Pipette into the same cuvette:
2.5 ml sample



- Küvette verschließen und schwenken, dabei mehrfach auf den Kopf drehen.
Fermer la cuve et mélanger le contenu de la cuve en la retournant plusieurs fois de suite.
Tappare la cuvetta e mescolare capovolgendo la cuvetta più volte.
Kuvet sluiten en zwenken en daarbij meerdere malen op zijn kop houden.
Close cuvette and invert a few times.



- Nach **40 min** Küvette außen gut säubern und auswerten.
Attendre **40 min**, bien nettoyer l'extérieur de la cuve et mesurer.
Dopo **40 min** pulire bene la cuvetta esternamente e leggere.
Na **40 min** het kuvet van buiten goed reinigen en meten.
After **40 min** thoroughly clean the outside of the cuvette and evaluate.

J.Jimeno
suministros de laboratorio

	Nulllösung ① Solution zéro Bianco Nulkuvet Zero-solution	Analysenküvette ② Cuve d'analyse Cuvetta d'analisi Analyse-kuvet Sample cuvette
 Barcode ①	✓	✓

Auswertung / Evaluation / Lettura / Meting


1) LASA 50 / 100
XION 500
CADAS 30 / 50 / 30S / 50S / 200 Barcode
ISIS 9000
DR 2800 / DR 3800 / DR 5000

	Filter ① Filtre Filtro Filter Filter	Eeprom ②	Test - anwählen - choisir - selezionare - oproopen - select	Kontrollnr. ④ No. de contrôle No. di controllo Controlegetal Control no.	Nulllösung ⑤ Solution zéro Bianco Nulkuvet Zero-solution	Analysenküvette ⑥ Cuve d'analyse Cuvetta d'analisi Analyse-kuvet Sample cuvette
LASA 1 / plus	440 nm	--	Bor*) LCK 307	2	✓	✓
LASA 20	--	_ : 48	Bor*) LCK 307	2	✓	✓

*) Bore
*) Boro
*) Boor
*) Boron

LP1W

⑦ Zum Ergebnis addieren: **0.013 mg/l**
⑦ Additionner au résultat: **0.013 mg/l**
⑦ Addizionare al risultato: **0.013 mg/l**
⑦ Bij het resultaat optellen: **0.013 mg/l**
⑦ Add to the result: **0.013 mg/l**



*) Bore
*) Boro
*) Boor
*) Boron

	Filter ① Filtre Filtro Filter Filter	Test - anwählen - choisir - selezionare - oproopen - select	Faktor ③ Facteur Fattore Factor Factor	Kontrollnr. ④ No. de contrôle No. di controllo Controlegetal Control no.	Nulllösung ⑤ Solution zéro Bianco Nulkuvet Zero-solution	Analysenküvette ⑥ Cuve d'analyse Cuvetta d'analisi Analyse-kuvet Sample cuvette	Ergebnis ⑦
LP1W	412 nm	--	1.854	--	✓	✓	✓
LP2W	412 nm	Bor*) LCK 307	--	4	✓	✓	--

	Filter ① Filtre Filtro Filter Filter	Eeprom ②	Mode ③	Test - anwählen - choisir - selezionare - oproopen - select	Kontrollnr. ④ No. de contrôle No. di controllo Controlegetal Control no.	Nulllösung, blaue Taste ⑥ Solution zéro, touche bleue Bianco, tasto blu Nulkuvet, blauwe toets Zero-solution, blue key	Analysenküvette, grüne Taste ⑦ Cuve d'analyse, touche verte Cuvetta d'analisi, tasto verde Analyse-kuvet, groene toets Sample cuvette, green key
CADAS 200 Basis	--	_ : 48	--	307	4	✓	✓
ISIS 6000	--	_ : 48	2)	307	4	✓	✓
LASA 30	440 nm	--	Dr. Lange	307	4	✓	✓

2) KÜVETTEN-TEST
2) TEST EN CUVE
2) CUVETTE-TEST
2) KUVETTENTEST
2) CUVETTE TEST

	Mode ①	Symbol ②	Kontrollnr. ③	Nulllösung ④	Analysenküvette ⑤
CADAS 100 LPG158	TEST	\$ 307	--	NULL	MESS
CADAS 100 LPG210	TEST	307	4	✓	✓


J Jimeno
suministros de laboratorio